نقالة حمالات <mark>12000</mark> المرضى الميدانية

لنقل الحمالات والمرضى على الأسطح غير الممهدة

أثبتت هذه التجهيزة كفاءة كبيرة في نقل الجرحى (أو الخامات) سواء إلى منطقة المستشفيات الميدانية، أو المراكز الطبية المتقدمة، أو منصات طائرات الهليكوبتر، أو المطارات، وخلال أسوأ السيناريوهات والكوارث الإنسانية أو الطبيعية.

- بعجلات كبيرة
- متعددة الأعراض
- مناسبة لجميع الظروف
 - خفيفة الوزن
 - ثابتة على الطرق





النقل بواسطة مسعف واحد ومع ذلك ولأسباب متعلقة بالسلامة، من المستحسن استخدام النقالة من قبل مسعفين اثنين.



بفضل الإعدادات الخاصة بالنقالة، مكن استخدامها من قبل مسعف واحد.

تم تصميم هذه النقالة كي تكون مناسبة الأوضاع الحالية، كما تم إدخال العديد من التحسينات عليها خلال تطبيق أحدث التقنيات، ويمكن استعمالها مع أنواع كثيرة من الحمالات الميدانية وحمالات الطوارئ وطاولات العمود الفقرى. عِكْن أن تستخدم أيضاً لتحميل ونقل مختلف أنواع المواد في المستشفيات الميدانية والمراكز الطبية المتقدمة، أو في أي منشأة مؤقتة لا تتمتع بأرضيات ممهدة.



يجبرالأطباء على عمل الفحوصات أو إجراء العمليات الأساسية من وضعية الركوع على الأرض. ومما لا شك فيه أن هذه الوضعية غير مثالية للعمل.



يتم في الغالب نقل جريح واحد بواسطة 4 مسعفين. وهذا يعنى هدر للموارد البشرية وللوقت. أما باستعمال نقالات الحمالات الميدانية EL2000، مكن لأربعة مسعفين نقل مصابين اثنين، وفي حالات الطوارئ القصوى مكنهم نقل لغابة 4 مصابين.

العجلات الجديدة المصنوعة من مادة PPL والألياف الزجاجية مع نظام *Quick Release System الحاصل على براءة اختراع والمقابض القابلة للسحب، والنطاق الواسع من الحمالات المدعومة تجعل من نقالة الحمالات الميدانية EL2000 أداة كاملة ومتعددة الاستخدامات في جميع المناطق خارج المستشفيات.

النقل بواسطة مسعفين اثنين

بإمكان مسعفين اثنين نقل المصاب بكل سهولة.

وهذه هي الطريقة القياسية الموصى بها.



سرير الفحص الطبي نقالة حمالات الجرحى تضع الحمالة على ارتفاع يسمح للطبيب بفحص المريض من وضعية مريحة.



سرير طبي مؤقت يمكن استخدام نقالة حمالات الجرحى عند الحاجة كسرير طبي مؤقت.

H

ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.I.

Organismo Notificato nº 0068 - Notified Body nº 0068

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CERTIFICATE OF CONFORMITY

alla norma UNI EN 1865:2001

N. MD-002-2008

L'Istituto di Ricerche e Collandi M. Masini dichiara di avere effettuato le prove delli prodotto/i sottoindicato/i. seguendo i requisiti indicati nella norma UNI EN 1865/2001 con riferimento alla direttiva 93/42/CEE.

The firsture of Ricerche e Colleged M. Monior burgh mix of the standards UNLEN 1865-2001 with reference to the directive 93-42/EEC.

EAHBRICANTE

FLAMOR S.r.L Via Agogna, 20 – 28100 NOVARA

PRODOTTO "Tipo, identificazione, utilizzo:

LUOGO DI PRODUZIONE

Via Agogna, 20 - 28100 NOVARA

NORMA DI RIFERIMENTO:

UNI EN 1865-2001

Documenti di riferimento/Rejonene document: - rapporto di prova m/lest report no 1357-2008 dell'of 29/04/2008

Il presente cortificato è riproducibile solo nella sua stesura integralo/7im se

Data/Date: 29 Aprile/spit 2008





الأبعاد في وضع الفرد الطول: 158 سم العرض: 62 سم الارتفاع: 86 سم

الأبعاد في وضع الانغلاق الطول: 52 سم العرض: 62 سم الارتفاع: 84 سم





الوزن: 21 كغم



نقالة حمالات الجرحى الميدانية EL2000 متاحة لدى:









MADE IN ITALY





اطلب أسطوانة العرض المدميجة DVD مجانا!



المستشفيات الميدانية المنصات الجوية



المطارات السواحل



ان المعدات مع عجلتين لاستخدامها في التربة الرملية في الصحراء متوفرالان وبناء على الطلب



المناطق المنكوبة مناطق جبال الألب



وزعت بواسطة

